



<b>Nom</b> GBANAMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KPAKILE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/04/1999	<b>Profession</b> OPERATEUR CAMIONETTE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> TRUST AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 47	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 60 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,93 L	2,94 L	3,04 L	4,13 L	73,61 %
VEMS	2,93 L	2,94 L	3,04 L	3,51 L	86,61 %
DEP	7,44 L/s	8,94 L/s	9,59 L/s	8,97 L/s	106,91 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,49 %	118,36 %
Durée d'expiration	0,88 s	1,08 s	0,99 s	-	
DEMM	6,05 L/s	6,23 L/s	6,17 L/s	4,03 L/s	153,10 %
DEMM/ CVF	2,06 s-1	2,12 s-1	2,03 s-1	0,98 s-1	207,14 %
DE75	7,44 L/s	8,39 L/s	8,73 L/s	-	
DE50	6,26 L/s	6,41 L/s	5,27 L/s	-	
DE25	4,38 L/s	4,60 L/s	3,52 L/s	-	