

<b>Nom</b> TOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/10/1981	<b>Profession</b> INTER FACE
<b>Age</b> 42 Ans	<b>Entreprise</b> ENVIRO AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 12	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 82 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,46 L	4,40 L	78,64 %
VEMS	3,46 L	3,64 L	95,05 %
DEP	6,34 L/s	8,61 L/s	73,64 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,29 %	121,52 %
Durée d'expiration	1,31 s	-	
DEMM	5,16 L/s	3,86 L/s	133,68 %
DEMM/ CVF	1,49 s-1	0,88 s-1	169,32 %
DE75	4,29 L/s	6,53 L/s	65,70 %
DE50	5,90 L/s	4,62 L/s	127,71 %
DE25	3,96 L/s	1,86 L/s	212,90 %