


Nom SANOH	Adresse
Prénom MOHAMED	Exposition
Né le 01/01/1984	Profession AMENAGEMENT
Age 40 Ans	Entreprise ENVIRO AFRICA
Genre Masculin	Service
ID 11	Fumeur Non fumeur
Taille 170 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	




Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 30,8 °C
 Numéro de série : 232707 Pression atmosphérique : 100,3 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 63 %



~ Courbe n°1
 ~ Courbe n°2 ★



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,57 L	3,87 L	3,83 L	101,04 %
VEMS	3,50 L	3,65 L	3,18 L	114,78 %
DEP	4,99 L/s	9,16 L/s	8,88 L/s	103,15 %
VEMS/ CVF	98,04 %	94,32 %	80,05 %	117,83 %
Durée d'expiration	1,29 s	1,55 s	-	
DEMM	4,30 L/s	5,31 L/s	4,28 L/s	124,07 %
DEMM/ CVF	1,20 s-1	1,37 s-1	0,97 s-1	141,24 %
DE75	4,40 L/s	8,30 L/s	7,65 L/s	108,50 %
DE50	4,20 L/s	5,73 L/s	4,86 L/s	117,90 %
DE25	3,29 L/s	2,68 L/s	2,05 L/s	130,73 %