



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUBACAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2001	<b>Profession</b> NETTOYEUR
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 114	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 2
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 69 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,75 L	3,87 L	71,06 %
VEMS	2,75 L	3,34 L	82,34 %
DEP	7,07 L/s	9,16 L/s	77,18 %
VEMS/CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,88 s	-	
DEMM	5,51 L/s	4,81 L/s	114,55 %
DEMM/CVF	2,00 s-1	1,08 s-1	185,19 %
DE75	6,79 L/s	7,76 L/s	87,50 %
DE50	6,31 L/s	5,10 L/s	123,73 %
DE25	3,36 L/s	2,29 L/s	146,72 %