

**Nom** CAMARA  
**Prénom** BLAISE YAPTONE  
**Né le** 01/01/1974  
**Age** 50 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 169  
**Taille** 169 cm  
**Poids** 56 kg  
**Valeurs prédites** Eccls/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** FERRAILLEUR  
**Entreprise** CHEC  
**Service**  
**Fumeur** Ancien fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** LAPARATOMIE(2005)

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232707

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 33,2 °C

Pression atmosphérique : 101,2 kPa

Humidité : 72 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Courbe n°5	Prédits	% Prédits
CVF	1,62 L	1,58 L	2,13 L	0,04 L	1,44 L	3,55 L	60,00 %
VEMS	1,01 L	0,75 L	1,97 L	0,04 L	1,30 L	2,90 L	67,93 %
DÉP	1,57 L/s	1,02 L/s	3,94 L/s	0,36 L/s	2,10 L/s	8,39 L/s	46,96 %
VEMS/ CVF	62,35 %	47,47 %	92,49 %	100,00 %	90,28 %	78,26 %	118,18 %
Durée d'expiration	2,06 s	3,73 s	1,98 s	-17,34 s	1,52 s	-	
DEMM	0,92 L/s	0,56 L/s	2,25 L/s	-	1,47 L/s	3,83 L/s	58,75 %
DEMM/ CVF	0,57 s-1	0,35 s-1	1,06 s-1	-	1,02 s-1	0,94 s-1	112,77 %
DE75	1,15 L/s	0,67 L/s	2,86 L/s	-	1,69 L/s	7,31 L/s	39,12 %
DE50	0,84 L/s	0,43 L/s	2,26 L/s	-	1,61 L/s	4,51 L/s	50,11 %
DE25	0,83 L/s	0,44 L/s	1,45 L/s	-	0,98 L/s	1,77 L/s	81,92 %