

<b>Nom</b> BANGOURA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUMAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 03	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 101,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 67 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,77 L	3,39 L	4,08 L	83,09 %
VEMS	2,32 L	2,66 L	3,46 L	76,88 %
DEP	4,94 L/s	6,03 L/s	9,36 L/s	64,42 %
VEMS/ CVF	83,75 %	78,47 %	82,02 %	95,67 %
Durée d'expiration	1,87 s	3,01 s	-	
DEMM	2,23 L/s	2,28 L/s	4,76 L/s	47,90 %
DEMM/ CVF	0,81 s-1	0,67 s-1	1,01 s-1	66,34 %
DE75	4,48 L/s	4,59 L/s	7,97 L/s	57,59 %
DE50	2,51 L/s	2,71 L/s	5,20 L/s	52,12 %
DE25	1,45 L/s	1,21 L/s	2,34 L/s	51,71 %