

<b>Nom</b> SAVANE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> MENUISER
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 17	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 70 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,21 L	3,48 L	92,24 %
VEMS	3,20 L	2,92 L	109,59 %
DEP	7,21 L/s	8,45 L/s	85,33 %
VEMS/ CVF	99,69 %	80,05 %	124,53 %
Durée d'expiration	1,26 s	-	
DEMM	4,68 L/s	4,15 L/s	112,77 %
DEMM/ CVF	1,46 s-1	1,04 s-1	140,38 %
DE75	6,53 L/s	7,27 L/s	89,82 %
DE50	5,11 L/s	4,59 L/s	111,33 %
DE25	2,19 L/s	1,87 L/s	117,11 %