



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/03/2000	<b>Profession</b> MAGASINIER
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 117	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 71 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,60 L	2,96 L	4,47 L	66,22 %
VEMS	2,60 L	2,96 L	3,78 L	78,31 %
DEP	8,63 L/s	8,30 L/s	9,90 L/s	83,84 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,97 s	0,82 s	-	
DEMM	5,46 L/s	6,24 L/s	5,05 L/s	123,56 %
DEMM/CVF	2,10 s-1	2,11 s-1	0,98 s-1	215,31 %
DE75	8,13 L/s	8,09 L/s	8,41 L/s	96,20 %
DE50	4,70 L/s	7,14 L/s	5,55 L/s	128,65 %
DE25	3,09 L/s	3,46 L/s	2,60 L/s	133,08 %