



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 21/07/1986	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 182	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 9
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 74 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,97 L	3,65 L	81,37 %
VEMS	2,93 L	3,07 L	95,44 %
DEP	8,68 L/s	8,70 L/s	99,77 %
VEMS/ CVF	98,65 %	80,59 %	122,41 %
Durée d'expiration	1,13 s	-	
DEMM	4,75 L/s	4,32 L/s	109,95 %
DEMM/ CVF	1,60 s-1	1,03 s-1	155,34 %
DE75	8,33 L/s	7,46 L/s	111,66 %
DE50	4,66 L/s	4,76 L/s	97,90 %
DE25	1,53 L/s	2,00 L/s	76,50 %