

<b>Nom DIAO</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom HASSMIOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 08/04/1974</b>	<b>Profession MECANIQUE</b>
<b>Age 50 Ans</b>	<b>Entreprise LENS CORPS</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 04</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 169 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 30,5 °C  
 Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Humidité : 60 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,32 L	2,77 L	2,76 L	3,55 L	77,75 %
VEMS	2,32 L	2,73 L	2,76 L	2,90 L	95,17 %
DEP	5,00 L/s	7,28 L/s	7,53 L/s	8,39 L/s	89,75 %
VEMS/ CVF	100,00 %	98,56 %	100,00 %	78,26 %	127,78 %
Durée d'expiration	0,82 s	1,28 s	1,04 s	-	
DEMM	4,15 L/s	5,52 L/s	5,69 L/s	3,83 L/s	148,56 %
DEMM/ CVF	1,79 s-1	1,99 s-1	2,06 s-1	0,94 s-1	219,15 %
DE75	4,92 L/s	7,25 L/s	7,05 L/s	7,31 L/s	96,44 %
DE50	4,14 L/s	6,06 L/s	6,23 L/s	4,51 L/s	138,14 %
DE25	3,34 L/s	3,62 L/s	3,45 L/s	1,77 L/s	194,92 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: