



<b>Nom</b> COELHO XAVIER	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LUIS FILIPE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 29/05/1973	<b>Profession</b> BLASTER SUPERINTENDENT
<b>Age</b> 52 Ans	<b>Entreprise</b> MOTA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 0112	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 91 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 94 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,83 L	3,28 L	3,71 L	4,25 L	90,12 %
VEMS	3,33 L	2,85 L	3,26 L	3,30 L	100,91 %
DEP	10,85 L/s	9,11 L/s	10,05 L/s	8,71 L/s	124,57 %
VEMS/CVF	86,95 %	86,89 %	87,87 %	77,32 %	112,45 %
Durée d'expiration	4,91 s	2,60 s	3,29 s	-	
DEMM	4,30 L/s	3,31 L/s	4,47 L/s	2,95 L/s	145,76 %
DEMM/CVF	1,12 s-1	1,01 s-1	1,20 s-1	0,69 s-1	162,32 %
DE75	9,28 L/s	7,65 L/s	8,73 L/s	-	
DE50	5,66 L/s	4,08 L/s	5,42 L/s	-	
DE25	1,62 L/s	1,75 L/s	1,77 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: