


<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> AUXIN MINING
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> SUPERVISEUR
<b>ID</b> 1	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %



~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,51 L	2,56 L	3,69 L	69,38 %
VEMS	2,51 L	2,56 L	3,06 L	83,66 %
DEP	7,40 L/s	6,65 L/s	8,12 L/s	81,90 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	82,29 %	121,52 %
Durée d'expiration	0,90 s	0,71 s	-	
DEMM	5,55 L/s	6,04 L/s	3,39 L/s	178,17 %
DEMM/CVF	2,21 s-1	2,36 s-1	0,92 s-1	256,52 %
DE75	6,34 L/s	6,32 L/s	-	
DE50	5,29 L/s	6,05 L/s	-	
DE25	4,30 L/s	4,52 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: