

**Nom KONE**  
**Prénom N'VALY**  
**Né le** 01/07/1993  
**Age** 32 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 236  
**Taille** 172 cm  
**Poids** 100 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DRIVER  
**Entreprise** CHALIECO  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 60 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,96 L	3,04 L	3,08 L	4,19 L	73,51 %
VEMS	2,74 L	2,59 L	2,65 L	3,51 L	75,50 %
DEP	6,35 L/s	6,23 L/s	6,00 L/s	9,01 L/s	66,59 %
VEMS/CVF	92,57 %	85,20 %	86,04 %	83,39 %	103,18 %
Durée d'expiration	1,60 s	2,68 s	2,68 s	-	
DEMM	3,60 L/s	2,82 L/s	3,04 L/s	3,89 L/s	78,15 %
DEMM/CVF	1,22 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	0,99 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	106,45 %
DE75	6,11 L/s	5,66 L/s	5,69 L/s	-	
DE50	3,79 L/s	3,14 L/s	3,51 L/s	-	
DE25	1,91 L/s	1,27 L/s	1,35 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: